関係各位

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
契約担当者
院長　大内　尉義

入札の実施通知書

標記のことについて、下記により入札を行ないますのでお知らせいたします。

記

1. 契約の目的
   医療器具器械（過酸化水素低温プラズマ滅菌器　1式）の購入

2. 入札説明会の日時及び場所
   2015年7月30日　木曜日　午前9時30分（場所：本院　用度課）

3. 入札執行の日時及び場所
   2015年8月6日　木曜日　午前10時00分（場所：本院　6F会議室）

4. 納入場所
   分院

5. 入札保証金及び契約保証金
   全額免除

6. 入札参加資格
   下記の条件を全て満たす業者であること
   ①当院所定の入札資格参加申込手続きを行い、審査結果通知書を当院から受理している業者。又は全省庁統一資格審査の結果通知書を受理している業者
   ②当院もしくは省庁に納入実績がある業者
   ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。（契約時に誓約書を提出すること。）

7. その他
   入札書は別掲の仕様書の内容に合致した品目に関して作成のこと
   入札書と委任状は説明会にてのみ配布する
   質疑応答については、説明会3日前までに質問をFAXしていただき、説明会にて回答する
   FAX　03-3560-7776　第1係入札担当者迄

（担当：用度課第1係）

過酸化水素低温プラズマ滅菌器一式の購入

仕様書

平成２７年度

国家公務員共済組合連合会
虎の門病院

作成日平成 27 年 7 月

1　品目

過酸化水素低温プラズマ滅菌装置　一式

2　調達目的

現在、使用中の滅菌装置の経年劣化により、故障等を含め安定した滅菌能力を、発揮することが、困難である。同機器を調達する事により、安定した滅菌ができ円滑な作業を行う事を目的とする。

3　構成

1）過酸化水素低温プラズマ滅菌装置　　1 式

2）専用トレー　　1 式

4　機器仕様

4-1 滅菌装置本体

（1）過酸化水素と高周波エネルギーを組み合わせて低温プラズマ状態を、作り出す機能を有すること。

（2）滅菌容積は 30L であること。

（3）確実な滅菌工程が行われているか器械が1秒毎に全ての滅菌パラメーターをモニタリングしていること。

（4）滅菌サイクルの工程が画面上で、確認できること。

（5）滅菌サイクルの工程が画面上で、確認できること。

（6）タッチパネルを有し、滅菌の記録管理ができること。

（7）滅菌サイクル、スタンダードサイクルで約 28 分、アドバンスドサイクル約 38 分で、選択機能を有すること。

（8）滅菌サイクル中の被滅菌物の温度は 55℃以下であること。

（9）本体外寸法、幅 570mm×奥行 810mm×高さ 850mm以内であること。

（10）　本体重量は 130kg以下であること。

4-2 専用トレー

（1）専用トレーを有すること。

（2）本体内寸、幅 312mm×高さ 157mm×奥行 600mmに、格納できる事。

（3）過酸化水素の吸着が少ない材質であること。

4-3 その他

(1) 過酸化水素は専用のカセットで供給できること。
(2) 使用する過酸化水素の濃度は 58%であること。
(3) 専用の集積ボックスでカセットを廃棄できること。
(4) 設置に関して給水、給蒸、排水の設備を必要としなうこと。
(5) 被滅菌器材において、医療器材の製造元と滅菌装置の製造元の両社の合意に基づく試験評価を経て、「材質・機能適合性試験」および「滅菌効果評価」の情報を WEB 上で公開していること。
(6) 取扱説明書を提供すること。
(7) 納入後1年間は、通常の使用により故障した場バイの無償修理に応じること。
(8) 調達機器は入札時点で薬事法に基づく医療機器の承認を得ていること。
(9) 調達機器は入札時点で製品化されていること。